

SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 138 /TB-BV

Đại Lộc, ngày 12 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá các mặt hàng thiết bị y tế
sử dụng trong phẫu thuật cột sống lưng năm 2025-2026
tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá mua sắm các mặt hàng thiết bị y tế sử dụng trong phẫu thuật cột sống lưng năm 2025-2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng văn thư của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, số 107 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Bà Hoàng Thị Lệ Năm; Số điện thoại 0988259713.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các công ty tham gia báo giá, gửi báo giá trực tiếp **Phòng văn thư** hay gửi qua **buu điện** đến địa chỉ nhận báo giá (*Phòng văn thư của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, số 107 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam*)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày đăng tải Thông báo chào giá lên cổng thông tin điện tử của đơn vị đến trước 17h ngày 24/03/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày Bệnh viện kết thúc nhận thư mời chào giá (24/03/2025)

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các mặt hàng thiết bị y tế sử dụng trong phẫu thuật cột sống lưng năm 2025-2026. Chi tiết Bảng mô tả đính kèm Phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản như sau:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Địa chỉ 107 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.



- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

Giao hàng thành nhiều đợt, theo nhu cầu của đơn vị, thời gian cung ứng chậm nhất là 48 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua và đợt xuất trong 24 giờ

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán 100% sau khi nghiệm thu, bàn giao hàng hóa và đúng theo thời gian đã ký trong hợp đồng kinh tế

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm thông báo này. Các công ty có thể tham gia chào giá 1 hay nhiều bộ/lô (phẫu thuật cột sống lưng) trong danh mục theo Phụ lục 1 (Phụ lục 1 chia làm 31 bộ/lô)

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (Các nội dung này được gửi cùng với bản báo giá về địa chỉ của Bệnh viện quy định tại khoản 2 Mục I – Thông báo chào giá).

c. Báo giá đựng trong một túi hồ sơ được niêm phong cẩn thận, bao gồm:
+ 01 bản gốc báo giá, các tài liệu kèm theo để chứng minh tính năng thông số kỹ thuật, 1 USB

Ghi chú: Phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ:

“Thư chào giá cung cấp các mặt hàng thiết bị y tế sử dụng trong phẫu thuật cột sống lưng năm 2025-2026 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam”

Trong quá trình tham gia báo giá, mọi thắc mắc về các nội dung yêu cầu từ phía Bệnh viện, các công ty có thể liên hệ qua 2 thành viên trong Hội đồng xây dựng để nắm rõ các thông tin:

- Ds.CK1: Võ Văn Tiên - Khoa Dược Bệnh viện

+ Số điện thoại: 0905275001

- Ds.CK1: Dương Thị Tường Vy - Khoa Dược Bệnh viện

+ Số điện thoại: 0987780802

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị tham gia báo giá./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị tham gia báo giá;
- Website của Bệnh viện (đăng tải);
- Lưu: VT, KD, TCKT.



Nguyễn Thống Nhất

**BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC CÁC MẪU THIẾT BỊ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT
CỘT SỐNG LƯNG NĂM 2025-2026 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM**

(Ban hành kèm theo Thông báo số 138 /TB-BV ngày 12 tháng 03 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam)




Số TT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (Cơ bản)	Số lượng /khối lượng sử dụng 18 tháng	Địa điểm thực hiện	Đơn vị tính
1	2	3	4	5	6
1	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực trượt 1 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
1.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 20\text{mm}$. - Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là $\geq 28^\circ$. - Chiều cao mũ vít $\leq 16.5\text{mm}$, đồng bộ với ốc khóa trong tự gây khi vận đủ lực - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
1.2	Ốc khóa trong	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: hợp kim Titanium - Được thiết kế cánh ren ngược - Ốc khóa trong tự gây khi vận đủ lực - Tổng chiều dài của vít khóa trong, trước khi bẻ $\geq 13\text{mm}$ - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
1.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: 5.5mm - Có đường kẻ dọc - Tiêu chuẩn: FDA 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

1.4	Đĩa đệm cột sống lưng ngực	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: PEEK, có răng chống trượt. - Số điểm đánh dấu căn quang: ≥ 4 điểm. - Chiều dài: ≥ 25mm - Độ ưỡn: ≤ 6 độ - Tiết trùng sẵn trong hộp. - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
2	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực trượt 1 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trụ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
2.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Vít tự taro, ren vít thiết kế lồng vào nhau và ren vít. - Đường kính thân vít từ ≥ 4.5mm đến ≤ 8mm. - Chiều dài vít từ ≥ 25mm đến ≤ 110 mm. - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
2.2	Ốc khoá trong	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
2.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Đường kính: 5.5 mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
2.4	Đĩa đệm	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hình dạng răng cưa. - Cao: ≥ 7mm đến ≤ 17mm - Rộng: ≤ 12mm - Dài: ≥ 26mm. - Góc nghiêng ≤ 5 độ - Vật liệu: PEEK - OPTIMA - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

3	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực trượt 1 tầng	- Có trụ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật	5	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
3.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim titanium - Ren vít dẫn đường kép. Cơ chế khóa dùng mô men xoắn. - Vít tự tarô. - Góc xoay của vít $\geq 60^\circ$. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Á 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
3.2	Ốc khóa trong	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim titanium - Cơ chế khóa mô men xoắn, xoay $\geq 90^\circ$. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
3.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim titanium - Đường kính: 5.5mm - Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$ - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	5	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
3.4	Đĩa đệm	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: PEEK - Chiều cao: $\geq 8\text{mm}$. - Chiều rộng: $\geq 8\text{mm}$. - Chiều dài: $\geq 22\text{mm}$. - Độ uốn: $\geq 7^\circ$. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	5	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
4	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực trượt 2 tầng	- Có trụ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật	50	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ

4.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 20\text{mm}$. - Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là $\geq 28^\circ$. - Chiều cao mũ vít $\leq 16.5\text{mm}$, đồng bộ với ốc khóa trong tự gãy khi vận đủ lực - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Được thiết kế cánh ren ngược - Ốc khóa trong tự gãy khi vận đủ lực - Tổng chiều dài của vít khóa trong, trước khi bẻ $\geq 13\text{mm}$ - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: 5.5mm - Có đường kẻ dọc - Tiêu chuẩn: FDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: PEEK, có răng chống trượt. - Số điểm đánh dấu cân quang: ≥ 4 điểm. - Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$ - Độ ưỡn: $\leq 6^\circ$ - Có tiết trùng - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Điều chỉnh được chiều dài - ngắn và góc nghiêng. - Nẹp kèm theo 2 vít khóa tự gãy - Chiều dài: $\geq 28\text{mm}$. - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	300	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
4.2	Ốc khóa trong							300	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
4.3	Nẹp dọc							50	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
4.4	Đĩa đệm cột sống lưng ngực							100	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
4.5	Nẹp nối ngang							50	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
5	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực trượt 2 tầng							25	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ

5.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Vít tự taro, ren vít thiết kế lồng vào nhau và ren vít. - Đường kính thân vít từ $\geq 4.5\text{mm}$ đến $\leq 8\text{mm}$. - Chiều dài vít từ $\geq 25\text{mm}$ đến $\leq 110\text{mm}$. - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	150	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
5.2	Ốc khoá trong	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	150	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
5.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Đường kính: 5.5 mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	25	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
5.4	Đĩa đệm	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hình dạng răng cưa. - Cao: $\geq 7\text{mm}$ đến $\leq 17\text{mm}$ - Rộng : $\leq 12\text{mm}$ - Dài: $\geq 26\text{mm}$. - Góc nghiêng $\leq 5^\circ$ - Vật liệu: PEEK - OPTIMA - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	50	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	
6	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực trượt 2 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trụ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
6.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: Hợp kim titanium - Ren vít dẫn đường kép. Cơ chế khóa dùng mô men xoắn. - Vít tự tarô. - Góc xoay của vít $\geq 60^\circ$. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	240	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

6.2	Ốc khóa trong	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: Hợp kim titanium Cơ chế khóa mô men xoắn, xoay $\geq 90^\circ$. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	<ul style="list-style-type: none"> 240 	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
6.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: Hợp kim titanium Đường kính: 5.5mm. Chiều dài: ≥ 500mm Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
6.4	Nẹp nối ngang	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: Hợp kim titanium Chiều dài: ≥ 29mm Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
6.5	Đĩa đệm	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: PEEK Chiều cao: ≥ 8mm. Chiều rộng: ≥ 8mm. Chiều dài: ≥ 22mm. Độ uốn: $\geq 7^\circ$. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	80	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
7	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực trượt 3 tầng	<ul style="list-style-type: none"> Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
7.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: Hợp kim Titanium. Đường kính: ≥ 4.0mm Chiều dài: ≥ 20mm. Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là $\geq 28^\circ$. Chiều cao mũ vít ≤ 16.5mm, đồng bộ với ốc khóa trong tự gây khi vận đủ lực Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu Tiêu chuẩn: FDA 	24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

7.2	Ốc khóa trong	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: hợp kim Titanium - Được thiết kế cánh ren ngược - Ốc khóa trong tự gây khi vận đủ lực - Tổng chiều dài của vít khóa trong, trước khi bẻ $\geq 13\text{mm}$ - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
7.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: 5.5mm - Có đường kẻ dọc - Tiêu chuẩn: FDA 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
7.4	Đĩa đệm cột sống lưng ngực	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: PEEK, có răng chống trượt. - Số điểm đánh dấu cân quang: ≥ 4 điểm. - Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$ - Độ ưỡn: ≤ 6 độ - Có tiết trùng - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	9	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
7.5	Nẹp nối ngang	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Điều chỉnh được chiều dài - ngắn và góc nghiêng. - Nẹp kèm theo 2 vít khóa tự gây - Chiều dài: $\geq 28\text{mm}$. - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
8	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực trượt 3 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
8.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Vít tự taro, ren vít thiết kế lồng vào nhau và ren vát. - Đường kính thân vít từ $\geq 4.5\text{mm}$ đến $\leq 8\text{mm}$. - Chiều dài vít từ $\geq 25\text{mm}$ đến $\leq 110\text{mm}$. - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
8.2	Ốc khoá trong	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

8.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Đường kính: 5.5 mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
8.4	Đĩa đệm	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hình dạng răng cưa. - Cao: $\geq 7\text{mm}$ đến $\leq 17\text{mm}$ - Rộng : $\leq 12\text{mm}$ - Dài: $\geq 26\text{mm}$. - Góc nghiêng $\leq 5^\circ$ - Vật liệu: PEEK - OPTIMA - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	9	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
9	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực trượt 3 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
9.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: Hợp kim titanium - Ren vít dẫn đường kép. Cơ chế khóa dùng mô men xoắn. - Vít tự tarô. - Góc xoay của vít $\geq 60^\circ$. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Á 	24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
9.2	Ốc khóa trong	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: Hợp kim titanium - Cơ chế khóa mô men xoắn, xoay $\geq 90^\circ$. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
9.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: Hợp kim titanium - Đường kính: 5.5mm - Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$ - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

9.4	Nẹp nối ngang	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: Hợp kim titanium - Chiều dài: $\geq 29\text{mm}$ - Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
9.5	Đĩa đệm	<ul style="list-style-type: none"> Vật liệu: PEEK - Chiều cao: $\geq 8\text{mm}$. - Chiều rộng: $\geq 8\text{mm}$. - Chiều dài: $\geq 22\text{mm}$. - Độ uốn: $\geq 7^\circ$. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	9	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
10	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực gãy 1 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
10.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 20\text{mm}$. - Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là $\geq 28^\circ$. - Chiều cao mũ vít $\leq 16.5\text{mm}$, đồng bộ với ốc khóa trong tự gãy khi vận đủ lực - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
10.2	Ốc khóa trong	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: hợp kim Titanium - Được thiết kế cánh ren ngược - Ốc khóa trong tự gãy khi vận đủ lực - Tổng chiều dài của vít khóa trong, trước khi bẻ $\geq 13\text{mm}$ - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
10.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: 5.5mm - Có đường kẻ dọc - Tiêu chuẩn: FDA 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
11	Bộ nẹp vít cột sống lưng gãy 1 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	5	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ

13	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực gãy 2 tầng	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
13.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 20\text{mm}$. - Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là $\geq 28^\circ$. - Chiều cao mũ vít $\leq 16.5\text{mm}$, đồng bộ với ốc khóa trong tự gãy khi vận đủ lực - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	18	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
13.2	Ốc khóa trong	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: hợp kim Titanium - Được thiết kế cánh ren ngược - Ốc khóa trong tự gãy khi vận đủ lực - Tổng chiều dài của vít khóa trong, trước khi bẻ $\geq 13\text{mm}$ - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	18	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
13.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: 5.5mm - Có đường kẻ dọc - Tiêu chuẩn: FDA 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
13.3	Nẹp nối ngang	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Điều chỉnh được chiều dài - ngán và góc nghiêng. - Nẹp kèm theo 2 vít khóa tự gãy - Chiều dài: $\geq 28\text{mm}$. - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
14	Bộ nẹp vít cột sống lưng gãy 2 tầng	- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật	5	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
14.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Vít tự taro, ren vít thiết kế lồng vào nhau và ren vít. - Đường kính thân vít từ $\geq 4.5\text{mm}$ đến $\leq 8\text{mm}$. - Chiều dài vít từ $\geq 25\text{mm}$ đến $\leq 110\text{mm}$. - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	30	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

14.2	Ốc khoá trong	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Đường kính: 5.5 mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	5	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
14.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Đường kính: 5.5 mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ren vít dẫn đường kép. Cơ chế khóa dùng mô men xoắn. - Vít tự tarô. - Góc xoay của vít $\geq 60^\circ$. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 		30	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
15	Bộ nẹp vít cột sống lưng gãy 2 tầng					Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
15.1	Vít cột sống đa trục					Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
15.2	Ốc khóa trong	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Cơ chế khóa mô men xoắn, xoay $\geq 90^\circ$. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Đường kính: 5.5mm - Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$ - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 		30	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
15.3	Nẹp dọc		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Chiều dài: $\geq 29\text{mm}$ - Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu 		5	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
15.4	Nẹp nối ngang				5	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

16	Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực gãy 3 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
16.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 20\text{mm}$. - Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là $\geq 28^\circ$. - Chiều cao mũ vít $\leq 16.5\text{mm}$, đồng bộ với ốc khóa trong tự gãy khi vận đủ lực - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
16.2	Ốc khóa trong	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: hợp kim Titanium - Được thiết kế cánh ren ngược - Ốc khóa trong tự gãy khi vận đủ lực - Tổng chiều dài của vít khóa trong, trước khi bẻ $\geq 13\text{mm}$ - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
16.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Đường kính: 5.5mm - Có đường kẻ dọc - Tiêu chuẩn: FDA 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
16.4	Nẹp nối ngang	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Điều chỉnh được chiều dài - ngắn và góc nghiêng. - Nẹp kèm theo 2 vít khóa tự gãy - Chiều dài: $\geq 28\text{mm}$. - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
17	Bộ nẹp vít cột sống lưng gãy 3 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
17.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim titanium - Vít tự taro, ren vít thiết kế lồng vào nhau và ren vít. - Đường kính thân vít từ $\geq 4.5\text{mm}$ đến $\leq 8\text{mm}$. - Chiều dài vít từ $\geq 25\text{mm}$ đến $\leq 110\text{mm}$. - Xuất xứ: Châu Âu. - Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu 	24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái



17.2	Ốc khoá trong	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Hợp kim titanium- Xuất xứ: Châu Âu.- Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Hợp kim titanium- Đường kính: 5.5 mm- Chiều dài: Nhiều kích cỡ- Xuất xứ: Châu Âu.- Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu			Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
17.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Hợp kim titanium- Đường kính: 5.5 mm- Chiều dài: Nhiều kích cỡ- Xuất xứ: Châu Âu.- Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Hợp kim titanium- Đường kính: 5.5 mm- Chiều dài: Nhiều kích cỡ- Xuất xứ: Châu Âu.- Đạt tiêu chuẩn: CE, có CFS tại Châu Âu		3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
18	Bộ nẹp vít cột sống lưng gầy 3 tầng	<ul style="list-style-type: none">- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none">- Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật		3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
18.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Hợp kim titanium- Ren vít dẫn đường kép. Cơ chế khóa dùng mô men xoắn.- Vít tự tarô.- Góc xoay của vít $\geq 60^\circ$.- Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$- Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$.- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Hợp kim titanium- Ren vít dẫn đường kép. Cơ chế khóa dùng mô men xoắn.- Vít tự tarô.- Góc xoay của vít $\geq 60^\circ$.- Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$- Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$.- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu		24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
18.2	Ốc khoá trong	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Hợp kim titanium- Cơ chế khóa mô men xoắn, xoay $\geq 90^\circ$.- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Hợp kim titanium- Cơ chế khóa mô men xoắn, xoay $\geq 90^\circ$.- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu		24	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
18.3	Nẹp dọc	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Hợp kim titanium- Đường kính: 5.5mm- Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Hợp kim titanium- Đường kính: 5.5mm- Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu		3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
18.4	Nẹp nối ngang	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Hợp kim titanium- Chiều dài: $\geq 29\text{mm}$- Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm.- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Hợp kim titanium- Chiều dài: $\geq 29\text{mm}$- Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm.- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE/MDR, có 1 CFS tại nhóm các nước G7 hoặc các nước Châu Âu		3	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

19	Bộ nẹp vít 2 bước ren cột sống lưng ngực trượt 1 tầng	- Có trụ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
19.1	Vít cột sống đa trục hai bước ren	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Mũ vít bằng Cobalt Chrome, thân vít bằng hợp kim Titanium. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$. - Chiều dài: $\geq 20\text{mm}$. - Chiều cao mũ vít: $\leq 15\text{mm}$, vít có 2 bước ren - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	80	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
19.2	Ốc khóa trong cho vít cột sống ngực lưng hai bước ren	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Công nghệ cánh ren ngược, tự ngắt khi vận đủ lực - Đường kính: $\leq 8\text{mm}$ - Chiều cao ban đầu: $\geq 12.5\text{mm}$ - Ốc khóa trong tự gãy khi vận đủ lực - Tiêu chuẩn: FDA 	80	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
19.3	Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng hợp kim Cobalt Chrome	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome. - Đường kính: $\leq 5.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$ - Tiêu chuẩn: FDA 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái NAM
19.4	Đĩa đệm cột sống lưng ngực	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: PEEK, có răng chống trượt. - Số điểm đánh dấu cân quang: ≥ 4 điểm. - Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$ - Độ ưỡn: ≤ 6 độ - Tiết trùng sẵn - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
20	Bộ nẹp vít 2 bước ren cột sống lưng ngực trượt 2 tầng	- Có trụ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật	30	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ

20.1	Vít cột sống đa trục hai bước ren	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Mũ vít bằng Cobalt Chrome, thân vít bằng hợp kim Titanium. - Đường kính: $\geq 4.0\text{mm}$. - Chiều dài: $\geq 20\text{mm}$. - Chiều cao mũ vít: $\leq 15\text{mm}$, vít có 2 bước ren - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	180	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
20.2	Ốc khóa trong cho vít cột sống ngực lưng hai bước ren	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Công nghệ cánh ren ngược, tự ngắt khi vận đủ lực - Đường kính: $\leq 8\text{mm}$ - Chiều cao ban đầu: $\geq 12.5\text{mm}$ - Ốc khóa trong tự gây khi vận đủ lực - Tiêu chuẩn: FDA 	180	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
20.3	Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng hợp kim Cobalt Chrome	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome. - Đường kính: $\leq 5.0\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$ - Tiêu chuẩn: FDA 	30	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
20.4	Đĩa đệm cột sống lưng ngực	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: PEEK, có răng chống trượt. - Số điểm đánh dấu cân quang: ≥ 4 điểm. - Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$ - Độ ưỡn: ≤ 6 độ - Tiết trùng sẵn - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	60	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
21	Bộ nẹp vít bơm xi măng loãng xương cột sống ngực lưng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ



21.1	Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng	<ul style="list-style-type: none"> - Mũ vít bằng hợp kim Cobalt Chrome, thân vít hợp kim Titanium. - Vít có hai bước ren. Số lỗ trên vít để bơm xi măng ≥ 6 lỗ. - Đường kính: $\geq 4.5\text{mm}$. - Chiều dài: $\geq 30\text{mm}$. - Chiều cao mũ vít $\leq 17.5\text{mm}$ - Có ≥ 6 lỗ phía đầu vít cho phép xi măng có thể trực tiếp đi qua thân - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
21.2	Ốc khóa trong cho vít đơn trục, đa trục hai bước ren (cho đa trục rỗng nòng bơm xi măng)	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: hợp kim Titanium - Công nghệ cánh ren ngược giúp tối đa tiếp xúc giữa ren của ốc khoá trong với đầu mũ vít, tự gây khí vận đủ lực - Chiều cao ban đầu: $\geq 13.5\text{mm}$, ốc khoá trong tự gây khí vận đủ lực. - Đường kính: $\leq 9\text{mm}$ - Đạt tiêu chuẩn: FDA 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
21.3	Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Thép không gỉ và nhựa, - Dung tích: $\geq 1.5\text{cc}$ - Kim chọc gồm: 01 ống rỗng nòng, 01 kim chọc có vạch chia dung tích. 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
21.4	Xi măng sinh học kèm dung dịch pha	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần gồm: - Xi măng tệt trùng - Dung dịch pha xi măng 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Gói
22	Bộ bơm xi măng cột sống qua bóng nong	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
22.1	Kim chọc dò cường sống	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu : Thép không gỉ và nhựa - Gồm kim mũi kim cương và nòng trocar. - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA (Mỹ) 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

22.2	Kim chọc khoan thân sống	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu : Thép không gỉ và nhựa - Trong bộ kim chọc khoan gồm có: <ul style="list-style-type: none"> + 1 nòng bên trong ống Trocar + 2 ống Trocar rỗng nòng + 1 mũi khoan thân sống có vạch chia độ thể hiện độ sâu khi vào thân sống. + 4 kim dẫn đường 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
22.3	Bóng nong thân đốt sống	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Thép không gỉ và nhựa - Số điểm cân quang ≥ 2 điểm - Bóng nong chịu được áp lực ≥ 400psi - Tiêu chuẩn: FDA 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
22.4	Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo	<ul style="list-style-type: none"> - Dạng xilanh, có màn hình LCD trên đồng hồ đo. - Áp lực bơm tối đa ≥ 400psi - Có 02 chế độ hiển thị áp lực bơm là psi và atm 	20	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
22.5	Bộ bơm áp lực dây xi măng kèm bộ trộn	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Nhựa Polypropylene - Bộ trộn gồm: 01 tay trộn, 01 thân bộ trộn, 01 pittong, 01 phễu, 01 dây hút chân không, 01 bộ kết nối với khóa Luer trên thân bộ trộn, 01 xy lanh thể tích ≥ 10ml, 01 kim tiêm 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
22.6	Xi măng sinh học kèm dung dịch pha	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần gồm: - Xi măng tiết trùng - Dung dịch pha xi măng 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Gói
22.7	Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Thép không gỉ và nhựa, - Kim chọc gồm: 01 ống rỗng nòng, 01 kim chọc có vạch chia dung tích. 	40	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
23	Xương nhân tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước hạt: ≤ 3.2mm. - Thành phần hoá học: Hydroxyapatite và beta-Tricalcium Phosphate. - Xuất xứ: Tại các nhóm nước G7 hoặc các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn: FDA 	200	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
24	Bộ nẹp vít gãy cột sống có lỗ bơm xi măng	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	15	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ

24.1	Vít cột sống đa trục có lỗ bơm xi măng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu hợp kim Titanium phủ nano Bạc. - Vít đốt sống lưng đa trục xoay $\geq 57^\circ$; rỗng nõng, có lỗ bơm xi măng, - Đường kính: $\geq 5.5\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 30\text{mm}$ - Sản xuất tại các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn CE 	60	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
24.2	Ốc khóa trong phủ bạc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu hợp kim Titanium phủ nano Bạc - Hình trụ tròn có ≥ 3 bước ren đều để có định nẹp (thanh) dọc. - Sản xuất tại các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn CE 	60	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
24.3	Nẹp dọc đốt sống lưng phủ bạc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu hợp kim Titanium phủ nano Bạc - Đường kính: $\geq 6.0\text{mm}$, - Chiều dài: $\geq 210\text{mm}$, - Sản xuất tại các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn CE 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
24.4	Dụng cụ bơm xi măng	<ul style="list-style-type: none"> Dùng để đưa xi măng vào vít cột sống rỗng nõng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng - Hàng đóng gói tiệt trùng. - Sản xuất tại các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn CE 	10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
25	Bộ nẹp vít cột sống thắt lưng phủ bạc	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 	15	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
25.1	Vít cột sống đa trục	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: hợp kim Titanium phủ nano bạc - Vít đốt sống lưng đa trục xoay $\geq 57^\circ$ - Có nhiều cỡ + Đường kính: $\geq 3.5\text{mm}$ + Chiều dài: $\geq 25\text{mm}$ - Sản xuất tại các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn CE 	90	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái



25.2	Ốc khóa trong đốt sống lưng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: hợp kim Titanium phủ nano bạc - Hình trụ tròn có ≥ 3 bước ren đều để cố định nẹp (thanh) dọc. - Sản xuất tại các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn CE 	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: hợp kim Titanium phủ nano bạc - Đường kính: 6.0 mm, - Chiều dài: ≥ 210 mm, - Sản xuất tại các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn CE 	90	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
25.3	Nẹp dọc đốt sống lưng, thất lưng lồi sau (Rod) dài các cỡ phủ bạc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu PEEK - Dạng cong, có răng hai bề mặt để tạo bám vững chắc, chống trượt. - Có ≥ 2 điểm đánh dấu cân quang, có khoảng để nhồi xương. - Chiều dài: ≥ 28mm, chiều rộng: ≥ 10mm, - Có nhiều kích cỡ - Độ uốn: $\geq 8^\circ$ - Sản phẩm được tiết trùng, - Sản xuất tại các nước Châu Âu - Tiêu chuẩn CE 		15	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
25.4	Miếng ghép đĩa đệm thất lưng			10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ
26	Bộ lưới vá sọ não 150 mm x 150 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 		10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
26.1	Lưới vá sọ não 150 mm x 150 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Titanium Grade 2 - Kích thước: 150x150mm - Tương ứng với đường kính vít ≤ 1.6mm - Xuất xứ: Tại các nước nhóm G7 hoặc các nước Châu Âu 		10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
26.2	Vít sọ não đk 1.6mm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Titanium - Đường kính: ≤ 1.6mm - Chiều dài: ≥ 4mm đến ≤ 12mm - Vít tự khoan - Xuất xứ: Tại các nước nhóm G7 hoặc các nước Châu Âu 		200	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
27	Bộ lưới vá sọ não 480 mm x 148 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật 		10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Bộ

27.1	Lưới vá sọ Titan, kích thước 148x148mm	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu Titanium - Kích thước: 148x148mm, - Đường kính lỗ lưới: $\leq 1.6\text{mm}$. - Độ dày lưới $\leq 0.6\text{mm}$. - Tiêu chuẩn: CE, FDA 		10	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
27.2	Vít sọ não Titanium	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu là titanium - Vít tự khoan. - Đường kính: $\leq 1.6\text{mm}$, chiều dài: $\geq 4\text{mm}$ - Tiêu chuẩn: CE, FDA 		180	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
28	Nẹp sọ não thẳng, 6 lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Titanium - Nẹp 4 lỗ; dày $\geq 0.5\text{mm}$, sử dụng vít đường kính 1.5mm - Sản xuất tại các nước Châu Á - Tiêu chuẩn FDA (Mỹ) 		50	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
29	Nẹp sọ não thẳng, 6 lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Titanium - Nẹp 6 lỗ; dày $\geq 0.5\text{mm}$, sử dụng vít đường kính 1.5mm - Sản xuất tại các nước Châu Á - Tiêu chuẩn FDA (Mỹ) 		50	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
30	Vít sọ não đường kính 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> - Vít sọ não - Đường kính: 1.5mm - Chiều dài: nhiều kích cỡ - Tiêu chuẩn FDA (Mỹ) 		200	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái
31	Vít sọ não đường kính 1.5mm, tự khoan các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Titanium - Đường kính: 1.5mm - Chiều dài: $\geq 4\text{mm}$ - Sản xuất tại các nước Châu Á - Tiêu chuẩn FDA (Mỹ) 		150	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam	Cái

1/5

(Ban hành kèm theo Thông báo số 138/ TB-BV ngày ... tháng ... năm ... của Bệnh viện....., chung tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam



Tên cơ sở Thông báo số ... /TB-BV..... ngày ... tháng ... năm ... của Bệnh viện....., chung tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế (2)	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất (3)	Mã HS (4)	Năm sản xuất (5)	Xuất xứ (6)	Số lượng/ khối lượng (7)	Đơn giá (8) (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (9) (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (10) (VNĐ)	Thành tiền (11) (VNĐ)
1
2

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ...] kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tài khoản 4 Mục 1 – Thông báo chào giá]

3. Chứng từ cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chung loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục" trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Thông báo chào giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chung loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục" trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Thông báo chào giá.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Thông báo chào giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

..., ngày ... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (12)
(Ký tên, đóng dấu)



(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng tiền nước ngoài, Chi đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật tự nguyện phải tên, đóng dấu. Trường hợp tự nguyện, phải gửi kèm theo giấy tự nguyện ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.



(Ban hành kèm theo Thông báo số 138 /TB-BV ngày 12 tháng 03 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam)



Kính gửi:

Địa chỉ:

Theo Thông báo chào giá số....., Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	STT theo thư mời chào giá	Tên danh mục	Tên thương mại	Chi tiết kỹ thuật	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng/ nước sản xuất	Hãng/ nước sở hữu	Số lưu hành/ giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Số lượng	ĐVT	Quy cách	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền	Giá kê khai	Mã kê khai	Mã HS	Thuế VAT (nếu có)
1																	
2																	
3																	
.....																	

Báo giá này có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày Bệnh viện kết thúc nhận thư mời chào giá (24/03/2025)

..., ngày ... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

MS